

# HANSATON scout 5.6

Інструкція з використання



Програмне забезпечення для налаштування HANSATON scout 5.6 надалі іменується як «HANSATON scout», «програмне забезпечення для налаштування» або «програма налаштування».

---

## **Зміст**

Структура й навігація.....	3
Вибір робочого процесу.....	4
Підготовка слухового(-их) апарата(-ів).....	5
Меню клієнта .....	6
Меню інструментів .....	6
Меню налаштування.....	8
Меню завершення налаштування .....	11
Меню реєстрації даних .....	12
Параметри відображення кривих .....	13
Головне меню.....	13
Важлива інформація щодо безпеки .....	14
Відомості про відповідність та опис символів.....	17
Вимоги до системи.....	20

## Структура й навігація

Навігація в програмному забезпеченні для налаштування зазвичай відбувається зверху вниз і зліва направо.

### Основні пункти Меню

Файл.....	Імпорт даних клієнта Експорт даних клієнта Друк	Оновлення програмного забезпечення Зберегти Закрити сеанс Закрити HANSATON scout
Слуховий апарат.....	Зберегти Тестовий режим Режим перевірки Оновлення слухового апарата	Ремонт/перепрограмування слухового апарата Передача налаштування Видалення бездротового об'єднання в пару
Параметри.....	Настройки Налаштування iCube	Оновлення прошивки аксесуара Змінити мовний пакет uDirect 2
Довідка.....	Допомога та підтримка онлайн Інструкція з використання Створення навчального сеансу Контакти	Вебсайт HANSATON Підтримка Маркування програмного забезпечення Управління з продовольства й медикаментів США (лише для США) Інформація про DSL в. 5 Інформація про HANSATON

### Панель інструментів

Панель інструментів розташовано у верхньому правому куті додатка. Піктограми та їхні функції наведено нижче.



### Панель швидкого перегляду

Панель швидкого перегляду, розташована у верхньому правому куті, відображає інформацію про стан налаштування слухового апарата. Кожна вкладка містить додаткову інформацію про певний розділ із можливістю розкриття натисканням на знак «плюс».

	Вкладка «Клієнти»	Огляд основної інформації про клієнтів
	Вкладка «Підключення»	Стан підключення слухового(-их) апарата(-ів)
	Вкладка «Попереджувальні сигнали»	Містить усі довідкові та попереджувальні повідомлення, що з'являються під час поточного налаштування
	Вкладка «Подання клієнтів»	Дає можливість відображати орієнтовані на клієнта екрани на другому моніторі під час використання програмного забезпечення для налаштування


## Розрахувати

Натисніть кнопку Calculate (Розрахувати) у верхньому правому куті екрана, щоб переглянути всі зміни, що очікують на розгляд, і варіанти перерахунку. Налаштування буде перераховано на основі даних, як-от поточної аудіограми, формули налаштування та акустичних параметрів слухового апарата. Параметри розрахунку за замовчуванням різняться залежно від змін, що очікують на розгляд.



Коли під час налаштування рекомендовано виконати перерахунок, кнопку Calculate (Розрахувати) буде виділено.

## Вимкнути/увімкнути звук



Указує поточний стан слухового(-их) апарата(-ів): звук вимкнено або увімкнено. Кнопку вимкнення/увімкнення звуку можна вибирати окремо для кожного пристрою або для обох вух, натиснувши центр кнопки. Центр кнопки також відображає поточне активне навколишнє оточення для слухового(-их) апарата(-ів).

## Режим налаштування

Режим налаштування можна змінити, натиснувши кнопку й вибравши потрібний параметр із розкритого списку. Під час введення інформації про клієнта віком до 18 років програмне забезпечення для налаштування автоматично дасть підказку вибрати відповідний параметр режиму налаштування через спливаюче вікно.

Параметри за замовчуванням можна редагувати в меню Options (Параметри) > Preferences (Налаштування) > Fitting Session (Сеанс налаштування) > Pediatric Modes (Педіатричний режим).

## Вибір робочого процесу

У верхньому лівому куті цього програмного забезпечення для налаштування можна вибрати один із двох типів робочого процесу, які описано нижче.

### Класичний робочий процес

Цей робочий процес призначений для розширеного налаштування з докладним доступом до всіх параметрів.

### Робочий процес FocussedFit

Швидкий та простий керований робочий процес із доступом до ключових параметрів. Робочий процес FocussedFit допоможе вам пройти необхідні етапи початкового налаштування.

Для переходу між кроками використовуйте кнопки Next (Далі) та Back (Назад) у нижній частині екрана.

Клієнт	На кроці 1 відредагуйте інформацію про клієнта, як-от аудіограму, вік клієнта та рівень досвіду.
Виявлення	На кроці 2 виявіть слуховий(-і) апарат(-и). Після виявлення слухового апарата натисніть Next (Далі) і виберіть або підтвердьте акустичні налаштування на наступному екрані.

Підналаштування	На кроці 3 змініть частотну характеристику, використовуючи елементи керування Loudness (Гучність), Tonal and Speech perception (Тональне та мовне сприйняття) і Acclimatization (Пристосування) у відповідних випадках.
Конфігурація	На кроці 4 додайте додаткові аксесуари, налашуйте елементи керування слуховим апаратом, діапазон гучності, налаштування Bluetooth® та звукові сигнали.
Завершення	На кроці 5 ви побачите інформацію про конфігурацію слухового(-их) апарату(-ів). Цей екран містить швидкі посилання для друку, збереження або доступу до повної панелі інструментів налаштування в межах класичного робочого процесу.

## Підготовка слухового(-их) апарата(-ів)

### Noahlink Wireless™

Увімкніть слуховий(-і) апарат(-и), вставивши батарейки та заклавши кришку батарейного відсіку, або якщо слуховий(-і) апарат(-и) є перезаряджуваним(-и), натисніть та втримуйте нижню частину кнопки на кожному слуховому апараті 3 секунди, доки світловий індикатор не стане зеленим. Це також переведе пристрої в режим об'єднання в пару, що триватиме 3 хвилини.

Під час підключення до слухового(-их) апарата(-ів), не збережених у поточному сеансі, слуховий(-і) апарат(-и) має(-ють) бути в режимі об'єднання в пару. Під час підключення до слухового(-их) апарата(-ів), що вже було збережено в поточному сеансі, слуховий(-і) апарат(-и) не мають бути в режимі об'єднання в пару.

### NOAHlink™/HI-PRO®

VTE/RIC. Відкрийте кришку батарейного відсіку й вставте кабель для програмування в порт для програмування. Під'єднайте інший кінець кабелю до NOAHlink або HI-PRO (початкова конфігурація підходить для туговухості на рівні 40 дБ, налаштована для лівого вуха).

ITE. Зніміть кришку батарейного відсіку та вставте кабель для програмування. Під'єднайте інший кінець кабелю до NOAHlink або HI-PRO.

### iCube II

У разі використання iCube II вперше вам знадобиться настроїти пристрій для налаштування. Виберіть Options (Параметри) > iCube Configuration (Конфігурація iCube) і дотримуйтесь указівок на екрані. Вставте батарейки в слуховий(-і) апарат(-и) й закрийте кришку батарейного відсіку. Помістіть слуховий(-і) апарат(-и) всередину петльового випромінювача iCube II на столі або помістіть iCube II на шию клієнта, а слуховий(-і) апарат(-и) – на вуха клієнта.

---

## Меню клієнта

### Інформація

На цьому екрані показано Client Summary (Зведення про клієнта), Session Summary (Зведення сеансу) та Accessories (Акcesуари).

### Рівень досвіду

Вибраний рівень досвіду вплине на початкове налаштування пристосування після виконання початкового розрахунку налаштування. Виберіть First time (Перший раз), Short Term/Part Time (Короткострокове/часткове використання) або Long Term (Довгострокове використання).

### Аудіограма

Натисніть графік, щоб додати порогові значення до аудіограми, або натисніть правою кнопкою миші, щоб отримати додаткові параметри. Датчик для аудіометрії можна вибрати із розкривного меню. Крім того, внизу екрана аудіограми можна ввести інформацію щодо функції «Маскування шуму у вухах».

### RECD

На цьому екрані є можливість ввести значення RECD (різниця між вимірюваннями параметрів слухового апарата в куплері та реальному вусі) або імпортувати їх, якщо вони вже існують. Якщо значення RECD не вимірювалися, буде використано середні значення для відповідного віку, генеровані вибраною формулою налаштування. Натисніть Enter RECD (Ввести RECD), щоб ввести значення RECD.

### REUG

На цьому екрані є можливість ввести значення REUG (посилення, що забезпечується власною вушною раковиною та формою зовнішнього слухового проходу) або імпортувати їх, якщо вони вже існують. Якщо значення REUG не вимірювалися, буде використано середні значення для відповідного віку, генеровані вибраною формулою налаштування. Щоб заповнити дані на екрані REUG, введіть дані для відповідного вуха, натискаючи графік. Натискаючи правою кнопкою миші на графіку дає змогу редагувати бали. Натисніть Use Entered (Використати введені значення), щоб використати дані REUG, введені в графіку для цільових значень формули налаштування, або Use Average (Використати середні значення), щоб використати відповідні середні значення REUG.

## Меню інструментів

### Вибір

Екран «Вибір» дає можливість виявляти або імітувати слухові апарати. Щоб виявити слуховий(-и) апарат(-и), виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть потрібний інтерфейс із програмним керуванням із розкривного меню.
2. Натисніть кнопку Detect (Виявлення), щоб виконати виявлення. Переконайтеся, що слуховий(-и) апарат(-и) підготовані до виявлення відповідно до розділу «Підготовка слухових апаратів» цього посібника.

3. Якщо дані слухового апарата відрізняються від даних, що збережені в програмному забезпеченні для налаштування, дотримуйтеся підказок, щоб вибрати, яке налаштування ви хочете використати.

### **Зміна технологічного рівня**

Цей екран доступний лише для пробних слухових апаратів myChoice. Якщо натиснути одну з кнопок технологічного рівня, буде запущено робочий процес Change Technology Level (Зміна технологічного рівня). Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб змінити технологічний рівень підключеного(-их) слухового(-их) апарата(-ів). Робочий процес забезпечує наведені нижче можливості.

- **Transfer fitting** (Перенесення налаштування): переносить структуру програми, частотну характеристику, акустику, статус розумного пристосування та аксесуари поточного сеансу клієнта на слуховий(-и) апарат(-и).
- **Create new fitting** (Створення нового налаштування): скидає слуховий(-и) апарат(-и) до рекомендованих параметрів за замовчуванням.

Виберіть потрібний варіант і продовжуйте виконувати кроки робочого процесу. Під час цього процесу реєстрацію даних у слухових апаратах буде втрачено.

### **Акустичні параметри**

При налаштуванні вкажіть обрані типи комплектуючих серед наступних: ковпачок, вент, ріжок, трубка, вушне кріплення, тип ресивера.

Завушний слуховий апарат (BTE) та слуховий апарат із ресивером у каналі (RIC)

- Якщо ви замовили вушну вкладку або внутрішньоканальний слуховий апарат на повну раковину cShell із технологією smartVent, введіть код, і програмне забезпечення для налаштування автоматично використовуватиме оптимальний варіант вентиляції.
- Для **завушних слухових апаратів** виберіть Regular Tube (Звичайна трубка), Slim Tube (Тонка трубка) або Power Slim Tube (Потужна тонка трубка) (у відповідних випадках).
  - Для **завушних слухових апаратів** зі звичайною трубкою (рожок), виберіть вушне кріплення та розмір вента.
  - Для **завушних слухових апаратів** із тонкою трубкою або потужною тонкою трубкою виберіть вставку, розмір вента й довжину трубки.
- Для **слухових апаратів із ресивером у каналі** виберіть Receiver (Ресивер), Ear Piece (Вставка), Wire Length (Довжина) (необов'язково) та Dome Size (Розмір вкладки-купола) (необов'язково).
  - Для деяких виробів програмне забезпечення автоматично виявляє ресивер під час процесу виявлення. Натисніть кнопку Check (Перевірити) для самостійної перевірки відповідності налаштованого ресивера тому, який обрано в програмному забезпеченні.

Слуховий(-и) апарат(-и), виготовлений(-и) на замовлення

Для слухових апаратів, виготовлених на замовлення, можна налаштувати вент. Якщо ви замовили індивідуальні слухові апарати з технологією SmartVent, програмне забезпечення автоматично прочитає код і вибере оптимальний варіант вентиляції. За допомогою симуляції налаштування ви можете вибрати корпус і тип ресивера.

## Аксесуари

На екрані відображаються аксесуари, сумісні із налаштованим(-и) слуховим(-и) апаратом(-ами). Виберіть аксесуар і натисніть кнопку **include in fitting** (включити у налаштування), щоб включити аксесуар у налаштування.

## Попереднє налаштування

Задані настройки для надпотужних моделей і моделей підвищеної потужності (якщо застосовано)

Класичні. Відсутність обробки сигналу або мінімальна обробка сигналу та відсутність спрямованості.  
Сучасні. Більше посилення з акцентом на розбірливість мови та зниження рівня навколишніх звуків.  
Активні. Основна увага приділяється розбірливості мови на найвищому рівні комфорту.

Формула налаштування

Виберіть вашу формулу налаштування: BalanceFit, DSL v5 Adult, DSL v5 Pediatric, NAL-NL1, NAL-NL2 та NAL-NL2 Tonal Language.

Стратегія обробки

Для формул DSL v5 Adult або DSL v5 Pediatric виберіть потрібний режим обробки: WDRC або лінійний. У разі вибору інших формул налаштування забезпечується лише варіант обробки WDRC. Використовуючи формулу налаштування BalanceFit, вибір функції Clear Speech Comprehension (Чітке сприйняття мови) забезпечує зниження ступеня стиснення та збільшення ВРЗТ.

Стратегія менеджера вушного шуму

Виберіть потрібний режим маскуванню шуму у вухах. Шум у режимі маскуванню шуму у вухах можна переглянути та скоригувати на панелі елементів **Fitting** (Налаштування) > **Tuning** (Підналаштування) > **Tinnitus Manager** (Менеджер вушного шуму).

Стратегія SoundRestore

Виберіть, чи потрібно розрахувати режим частотної компресії окремо для лівого та правого слухового апарата.

## InSituGram

Використовуйте екран InSituGram для оцінювання чутливості слуху й некомфортних рівнів гучності через сигнали, які створює(-ють) слуховий(-и) апарат(-и). Результати вимірювань InSituGram можна використовувати для визначення цільових показників формули налаштування.

Натисніть кнопку **Start InSituGram** (Почати InSituGram) для вуха, яке ви хочете оцінити. Дотримуйтесь кроків робочого процесу In Situ протягом усього тесту.

## Меню налаштування

### Персональне підналаштування

Цей екран надає доступ до ключових параметрів налаштування.

Loudness (Гучність)

Налаштуйте загальну гучність або тихі/помірні/гучні звуки. Кожен крок збільшує або зменшує налаштування посилення на 3 дБ.  
Примітка. Фактичні значення відображаються у вигляді підказок під час наведення курсора на елемент керування.



Tonal and Speech perception (Тональне та мовне сприйняття)

Відрегулюйте тональний баланс або відрегулюйте посилення мовних сигналів і власного голосу.

Acclimatization (Пристосування)

Якщо можливо, відрегулюйте початкову та/або кінцеву точку пристосування.

### Підналаштування

На екрані підналаштування за замовчуванням завжди вибрано All Programs (Усі програми); це гарантує збереження відносних відмінностей у всіх програмах під час внесення змін.

Параметри можна налаштувати, натиснувши відповідну панель елементів.

Intelligent Acclimatization (Розумне пристосування)

Менеджер розумного пристосування активується, коли встановлено цей прапорець. Програмне забезпечення для налаштування використовує власний розрахунок для визначення початкового налаштування менеджера автоматичної адаптації та швидкості адаптації для налаштування.

Менеджер усунення оклюзії

Виберіть потрібний параметр оклюзії, щоб врахувати будь-які скарги, пов'язані з оклюзією. Ця функція за замовчуванням впливає на всі програми, крім музичної. Установіть прапорець, щоб увімкнути систему усунення оклюзії для музичних програм.

Підсилювач низьких частот (за наявності)

Виберіть потрібне налаштування, щоб збільшити посилення низьких частот і ВРЗТ (посилення нижче ~ 1 кГц).

Елементи керування тихими/помірними/гучними звуковими сигналами

Виберіть діапазон(-и) частоти та рівень вхідного сигналу, який потрібно змінити. Діапазон відповідних значень можна вибрати, вибравши певний вхідний сигнал, групу каналів або All (Усі). Щоб вибрати кілька діапазонів частоти для коригування, ви можете натиснути й перетягнути їх у таблиці. Смуга прокрутки в нижній частині таблиці дає змогу переглядати діапазони частоти, які знаходяться за межами видимої області.

Елементи керування максимальною вихідною потужністю (ВРЗТ)/підсиленням/ коефіцієнтом компресії (CR)

Виберіть діапазон(-и) частоти й тип параметру, який потрібно змінити. ТК (за наявності) може бути використано для регулювання підсилення звуків низького рівня (цю функцію потрібно увімкнути в налаштуваннях, перш ніж її можна буде коригувати). Щоб вибрати кілька діапазонів частоти для коригування, ви можете натиснути й перетягнути їх у таблиці. Смуга прокрутки в нижній частині таблиці дає змогу переглядати діапазони частоти, які знаходяться за межами видимої області.

Еквалайзер додатка

Під час подальшого налаштування при виборі програми відобразяться налаштування, які клієнт застосував до цієї програми через додаток.

SoundRestore	Установіть прапорець <b>Enable SoundRestore</b> (Увімкнути SoundRestore), щоб увімкнути цю функцію. Залежно від виробу ви можете налаштувати потрібне значення частотної компресії за допомогою кнопок <b>More</b> (Більше) або <b>Less</b> (Менше) чи регулюючи повзунки <b>Audibility/Distinction</b> (Чутність/Розрізнення) та <b>Consonant Clarity/Vowel Quality</b> (Чіткість приголосних/Якість голосних).
Рекомендація щодо налаштування	Виберіть конкретну ситуацію або проблему, щоб отримати рекомендовані налаштування.
Менеджер вушного шуму	Установіть прапорець <b>Enable Tinnitus Manager</b> (Увімкнути менеджер вушного шуму), щоб увімкнути цю функцію. Установіть прапорець у пункті <b>Use client control to adjust noise level</b> (Використовувати елементи керування клієнта для регулювання рівня шуму), щоб дати можливість клієнту відрегулювати рівень шуму у вухах, використовуючи власні елементи керування слухового апарата. Щоб вибрати кілька діапазонів частоти для коригування, ви можете натиснути й перетягнути їх у таблиці. Смуга прокрутки в нижній частині таблиці дає змогу переглядати діапазони частоти, які знаходяться за межами видимої області.

### **Налаштування функцій**

Виберіть екран налаштування функцій, щоб скоригувати адаптивні параметри слухового(-их) апарата(-ів). Виберіть програму(-и) для перегляду та зміни значень адаптивних параметрів.

### **Менеджер програм**

Цей екран дає змогу додавати або видаляти ручні програми, копіювати й перейменовувати програми, змінювати порядок програм і призначати доступ до функцій PhoneConnect/AutoDAI (якщо доступно). Щоб додати програму вручну, натисніть стрілку поруч із відповідною програмою в розділі Available Programs (Доступні програми).

### **Оптимізація зворотного зв'язку**

Виберіть екран оптимізації зворотного зв'язку, щоб запустити перевірку зворотного зв'язку. У випадках, коли навколишнє середовище могло вплинути на тестування (наприклад, наявний надлишковий шум), результати включають комбінацію вимірних значень і прогнозованих порогових значень зворотного зв'язку; тоді в статусі вказано Incomplete (Незавершено). Повторення тесту замінить будь-які прогнозовані значення вимірними, якщо вони можуть бути надійно отримані в поточному тестовому середовищі. Після завершення перевірки зворотного зв'язку посилення слухового апарата обмежується, як показано на графіку, де:

- чорна лінія – порогові значення зворотного зв'язку;
- сіра лінія – межі підсилення слухового апарата;
- зелена лінія – цільове значення підсилення для чистого вхідного сигналу 50 дБ;
- червона або синя лінія – допоміжне підсилення для чистого вхідного сигналу 50 дБ.

## Автоматичне вимірювання в реальному вусі (REM)

Автоматичний REM — це автоматизована система навігації для реальних вимірювань у вусі (REM). Він проведе вас через покроковий робочий процес розміщення трубки зонда, отримання реальних вимірювань вуха та автоматичного співставлення цілей.

Автоматичний REM доступний при використанні програмного забезпечення для налаштування в Noah.

Клацніть [R] / [Запустити обидва] / [L], щоб запустити автоматичний REM. Помічник проведе вас через низку кроків.

## Меню завершення налаштування

### Установки слухового апарата

Виберіть екран установки слухового апарата, щоб налаштувати функцію елементів керування користувача слухового(-их) апарата(-ів). Крім того, екран установки слухового апарата надає доступ до інших параметрів пристрою за допомогою панелей елементів у нижній частині екрана.

Bluetooth	Відредагуйте назву слухового(-их) апарата(-ів), яку бачать інші пристрої Bluetooth, увімкніть/вимкніть адаптивну смугу пропускання та виберіть основне вухо, яке використовується для Bluetooth.
TV Connector	Налаштуйте, як поводитимуться слухові апарати, коли вони потраплять у зону дії TV Connector.
Налаштування гучності	Виберіть потрібний розмір кроку збільшення/зменшення гучності.
Налаштування запуску	Виберіть потрібну програму запуску й затримку запуску. Увімкніть/вимкніть автоматичне ввімкнення перезаряджуваних слухових апаратів, коли їх від'єднано від зарядного пристрою (за наявності).
Реєстрація даних	Виберіть потрібну поведінку реєстрації даних.
Перемикач програм	Виберіть програми, які потрібно виключити з послідовності перемикачів.
Чутливість керування за допомогою дотику	Якщо можливо, налаштуйте, наскільки сильно клієнт має торкнутися свого слухового апарата, щоб активувати керування за допомогою дотику.

### Сигнали

Продемонструйте та налаштуйте звукові сигнали сповіщень користувача в слухових апаратах.

Установки сигналів	Виберіть інтенсивність і частоту гудків для кожного вуха.
Включити звукові сигнали	Приберіть прапорець для типів звукових сповіщень, щоб деактивувати їх для клієнта.

Тривалість пробного періоду (якщо застосовно)

Показує проміжок часу до того, як слуховий(-и) апарат(-и) почне генерувати звукові сигнали End of trial period (Кінець пробного періоду).

### **Зведення налаштування**

Екран зведення налаштування надає огляд основних елементів, пов'язаних із налаштуванням слухового(-их) апарата(-ів). Таблиця надає можливість для остаточної перевірки налаштувань і загального стану перед завершенням сеансу. За потреби докладніші дані можна переглянути, натиснувши кнопку **More Info** (Докладніше).

На цьому екрані також є параметри **Print** (Друк), **Save** (Зберегти) або **Close Session** (Закрити сеанс).

## **Меню реєстрації даних**

### **Реєстрація даних**

Цей екран надає інформацію про те, як клієнт взаємодіє зі слуховим(-и) апаратом(-ами). Графік у центрі екрана показує відсоток часу, проведеного в різних типах умов прослуховування. У таблиці наведено інформацію про середнє використання та регулювання гучності в усіх програмах. На цьому екрані також відображається історія попередніх сеансів та тривалість використання клієнтом.

### **Аналізатор стилю життя**

На цьому екрані наведено огляд стилю життя клієнта. Весь час, проведений в акустичних ситуаціях прослуховування в реальних умовах, класифікується за слуховим(-и) апаратом(-ами) й відображається у визначеному середовищі прослуховування.

Історія	Перегляд історії аналізатор стилю життя з попередніх сеансів.
Порівняння технологічного рівня	Відображає поточний рівень технології та доступні альтернативні рівні.
Кількісні показники	Кожен рівень технології має два типи кількісних показників – Охоплення та Характеристики.
Екран охоплення	Показує дані слухового(-их) апарата(-ів) про те, наскільки добре рівень технології оптимізований для середовища прослуховування, де клієнт проводить свій час. У полях під панелями показано відсоток часу, що клієнт провів у кожному середовищі прослуховування.
Екран характеристик	Тут можна вибрати високий або низький рівень складності прослуховування.  Для середовища з високим рівнем складності прослуховування показник <b>Speech Direction</b> (Напрямок мовлення) показує, наскільки добре рівень технології може керувати мовленням із різних напрямків на основі особистого стилю життя клієнта.

---

Для середовища з низьким рівнем складності прослуховування показник Sound Awareness (Розпізнавання звуків) показує, наскільки добре рівень технології забезпечує розпізнавання мовлення та інших звуків навколо клієнта.

## Параметри відображення кривих

Усі криві, показані в програмному забезпеченні, крім графіка «Оптимізація зворотнього зв'язку» базуються на цільових значеннях, згенерованих із припущенням вхідного сигналу мовлення. На будь-якому екрані, де відображається графік, можна змінювати відображення, натиснувши піктограму відображення кривої над верхнім правим графіком. Зроблені тут коригування застосовуються як до лівого, так і до правого графіків.

Залежно від розділу програмного забезпечення доступні різні варіанти для вибору.

## Головне меню

Пункти головного меню описано в розділі «Структура та навігація» цього посібника. Нижче наведено деякі відомості про деякі пункти меню.

### Режим перевірки

Режим перевірки можна знайти, перейшовши в меню **Hearing Instrument (Слуховий апарат) > Verification Mode (Режим перевірки)**. Це переводить слуховий апарат у режим перевірки, щоб зробити можливим тестування без втручання адаптивних функцій. Існує три варіанти, описані нижче.

- Адаптивні функції активні: стан за замовчуванням.
- Перевірка в реальному вусі: всі функції вимкнено крім функції **Direct Sound Management** і вибору вхідного сигналу.
- Перевірка куплера 2сс: усі адаптивні функції та вибір вхідного сигналу вимкнено.

### Передача налаштування

Доступ до робочого процесу «Передача налаштування» можна отримати, перейшовши до меню **Hearing Instrument (Слуховий апарат) > Transfer Fitting (Передача налаштування)**. Функція передачі налаштування допомагає передати налаштування з одного слухового апарата на інший.

### Створення навчального сеансу

Навчальний режим використовується, щоб продемонструвати повну функціональність кожного екрана ніби-то в ситуації, коли слухові апарати є підключеними. Доступ до навчальних сеансів можна отримати в головному меню в розділі **Help (Довідка) > Create Training Session (Створення навчального сеансу)**.

Виберіть клієнта й створіть навчальний сеанс. Ви можете моделювати весь робочий процес виявлення слухових апаратів, а також тести, як-от тест оптимізації зворотного зв'язку. Ви також можете моделювати інформацію реєстрації даних, зокрема аналізатора способу життя, якщо доступно. Навчальні сеанси не можна зберігати.

---

## Важлива інформація щодо безпеки

Програмне забезпечення HANSATON scout є медичним виробом. Таким чином, використання цього виробу несе певний ризик заподіяння шкоди, тому важливо, щоб лише належним чином кваліфіковані фахівці охорони здоров'я використовували програмне забезпечення HANSATON scout відповідно до цього посібника користувача, а також щоб вони розуміли й дотримувалися попереджень, що містяться в ньому.

### Призначення

Окреме програмне забезпечення призначене для використання кваліфікованими фахівцями з проблем зі слухом для налаштування, програмування та регулювання слухових апаратів відповідно до вимог певної особи.

У цьому посібнику користувача міститься детальне введення в налаштування слухових апаратів за допомогою програмного забезпечення HANSATON scout. Електронну версію посібника можна переглянути на сторінці <https://www.hansaton.com/instr>.

### Користувач

Кваліфіковані фахівці із проблем зі слухом.

### Цільова аудиторія пацієнтів

Це програмне забезпечення призначене для пацієнтів з односторонньою або двосторонньою втратою слуху від легкого до глибокого ступеня тяжкості або в поєднанні з хронічним шумом у вухах, які потребують встановлення слухового апарату. Функція «Баланс шуму у вухах» призначена для пацієнтів віком від 18 років.

### Показання

Зверніть увагу, що показання ґрунтуються не на програмному забезпеченні для налаштування, а на сумісних слухових апаратах. Загальні клінічні показання до застосування слухових апаратів і функції «Маскування шуму у вухах» наведено нижче.

- Тугоухість:
  - одностороння або двостороння;
  - кондуктивна, нейросенсорна або змішаного типу;
  - від середнього до глибокого ступеня тяжкості.
- Хронічний тинітус (лише для слухових апаратів із функцією «Маскування шуму у вухах»).

### Протипоказання

Зверніть увагу, що протипоказання ґрунтуються не на програмному забезпеченні для налаштування, а на сумісних слухових апаратах. Загальні клінічні протипоказання до застосування слухових апаратів і функції «Маскування шуму у вухах» наведено нижче.

- Тугоухість не перебуває у межах налаштування слухового апарата (тобто, підсилення, частотна характеристика).
- Гострий тинітус.
- Деформація вуха (тобто закритий вушний канал, відсутність вушної раковини).

- Невральна туговухість (ретро-кохлеарні патології, як-от відсутність/нежиттєздатність слухового нерва).

Основні критерії для направлення пацієнта для отримання консультації медичного або іншого фахівця та/або лікування.

- Видима вроджена або травматична деформація вуха.
- Історія активного дренажу з вуха протягом попередніх 90 днів.
- Історія раптової або швидко прогресуючої втрати слуху на одне або обидва вуха протягом попередніх 90 днів.
- Гостре або хронічне запаморочення.
- Аудиометричний кістково-повітряний інтервал дорівнює або перевищує 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц і 2000 Гц.
- Видимі ознаки значного накопичення сірки або наявність стороннього тіла в слуховому проході.
- Біль або відчуття дискомфорту у вусі.
- Аномальний вигляд барабанної перетинки та слухового проходу, наприклад:
  - запалення зовнішнього слухового проходу;
  - перфорація барабанної перетинки;
  - інші патології, які, на думку фахівця охорони здоров'я, викликають медичне занепокоєння.

Фахівець охорони здоров'я може вирішити, що направлення є недоцільним або не відповідає найкращим інтересам пацієнта, якщо мають місце нижченаведені умови.

- Коли є достатні докази того, що стан був повністю досліджений лікарем-спеціалістом, і було надано все можливе лікування.
- Стан не погіршився і не змінився суттєво з часу попереднього обстеження та/або лікування.
- Якщо пацієнт надав інформоване та компетентне рішення не приймати пораду щодо звернення за медичною допомогою, можна продовжувати рекомендувати відповідні системи слухових апаратів з урахуванням наведених нижче міркувань.
  - Рекомендація не матиме негативного впливу на здоров'я та загальне самопочуття пацієнта.
  - Документація підтверджує, що всі необхідні міркування щодо найкращих інтересів пацієнта були враховані. Якщо це вимагається законодавством, пацієнт підписав заяву про відмову від відповідальності з метою підтвердження, що пораду про направлення було відхилено та що це було обґрунтоване рішення.

### Межі використання

Використання програмного забезпечення для налаштування HANSATON scout обмежене налаштуванням та регулюванням сумісних пристроїв. Програмне забезпечення для налаштування HANSATON scout не призначене для діагностичних цілей.

### Сумісні слухові апарати

ПЛАТФОРМА	МОДЕЛЬ
HANSATON FOKUS	Усі випущені моделі

<b>STRATOS</b>	Усі випущені моделі
<b>EXCITE PRO</b>	Усі випущені моделі
<b>EXCITE</b>	Усі випущені моделі
<b>SPHEREHD</b>	Усі випущені моделі
<b>EASEHD</b>	Усі випущені моделі
<b>EASE</b>	Усі випущені моделі
<b>FLOW+</b>	Усі випущені моделі
<b>FLOW</b>	Усі випущені моделі

### Побічні ефекти

Зверніть увагу, що побічні ефекти ґрунтуються не на програмному забезпеченні для налаштування, а на сумісних слухових апаратах.

Фізіологічні побічні ефекти слухових апаратів, як-от шум у вухах, запаморочення, накопичення сірки, надмірний тиск, пітливість або волога, пухирі, свербіж та/або висипання, закупорювання вух або закладеність у вухах, а також їх наслідки, зокрема головний біль та/або біль у вухах, може бути усунено або зменшено вашим фахівцем із проблем зі слухом. Звичайні слухові апарати потенційно піддають пацієнтів більш високому звуковому впливу, що може призвести до зсувів порогових значень у діапазоні частот в результаті акустичної травми.

### Клінічні переваги

Переваги для пацієнтів полягають у тому, що програмне забезпечення для налаштування надає можливість виконувати налаштування слухового апарату відповідно до індивідуальних потреб і зберігати їх у слуховому апараті. Перевага для фахівця із проблем зі слухом полягає у зручному обслуговуванні пацієнтів.

### Ризики

У випадку цього програмного забезпечення ці ризики проявляються через слухові апарати, для програмування яких воно призначене. Тобто саме програмне забезпечення для налаштування не може завдати шкоди ні користувачу (фахівцю охорони здоров'я), ні власнику слухових апаратів, але його використання (або неправильне використання) може призвести до таких наслідків:

- надання неправильно запрограмованих слухових апаратів пацієнтам;
- небезпечні гучні звуки, що подаються пацієнтам за допомогою слухових апаратів під час сеансів налаштування/демонстрації.

Ці ризики є надзвичайно низькими, але фахівці охорони здоров'я та користувачі слухових апаратів мають про них знати.



#### **Висока максимальна вихідна потужність (ВРЗТ)**

Загальна ВРЗТ слухового апарата перевищує 132 дБ (імітатор вуха)



#### **Високий рівень гучності менеджера вушного шуму**

Рівень генератора шуму в обох слухових апаратах перевищує 80 дБ(А). Будьте обережні з наведеними програмами.





### **Проблема з ресивером**

Підключений і вибраний ресивер не є ідентичними. Виберіть правильний ресивер.



### **Неправильна сторона**

Налаштування слухового апарата виконано для протилежної сторони. Поміняйте сторону.



### **Налаштування тесту**

Зніміть слухові апарати з вух клієнта. Дані налаштування можна зберегти в кінці процесу.

## **Відомості про відповідність та опис символів**

### **Відомості про відповідність**

Європа: заява про відповідність

Ця компанія Sonova AG заявляє, що цей виріб відповідає вимогам Регламенту ЄС про медичні вироби 2017/745.

Посібник користувача можна переглянути, натиснувши кнопку **Help** (Довідка) у програмному забезпеченні для налаштування. Посібник користувача для всіх версій програмного забезпечення для налаштування на всіх відповідних мовах в електронному вигляді можна переглянути за посиланням

<https://www.hansaton.com/instr>

Щоб отримати друкований примірник інструкцій із використання, зверніться до місцевого представника виробника. Копію буде надіслано протягом 7 днів з моменту отримання вашого запиту.

Про будь-які серйозні інциденти, що сталися з цим виробом, слід повідомляти представника виробника та компетентний орган країни проживання. Серйозний інцидент описується як будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до:

- смерті пацієнта, користувача або іншої особи;
- тимчасового або постійного серйозного погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи;
- серйозної загрози громадському здоров'ю.

### **Повідомлення щодо безпеки**

Дані пацієнтів є приватними даними, та їх захист є важливим.

- Переконайтеся, що ваша операційна система є оновленою.
- Переконайтеся, що встановлена версія програмного забезпечення є актуальною.
- Активуйте вхід користувача Windows, використовуйте надійні паролі та зберігайте облікові дані в таємниці.
- Використовуйте достатній і сучасний захист від шкідливих програм й антивірусів.

Залежно від національного законодавства вам може знадобитися зашифрувати всі дані пацієнта, щоб не нести відповідальності у разі втрати та/або крадіжки даних. Ви можете використовувати

шифрування диска (наприклад, безкоштовний Microsoft BitLocker), щоб захистити всі дані на вашому ПК. Якщо ви працюєте в інтерфейсі Noah, розгляньте можливість використання шифрування бази даних Noah.











Завжди зберігайте дані в безпеці. Майте на увазі, що цей список не є вичерпним.

- Під час передачі даних через небезпечні канали надсилайте анонімні дані або шифруйте їх.
- Захистіть резервні копії даних не тільки від втрати, але й від крадіжки.
- Видаліть усі дані з носія даних, які більше не використовуються або будуть утилізовані.

### Обслуговування програмного забезпечення

Ми постійно стежимо за відгуками на ринку. Якщо у вас виникли проблеми з останньою версією програмного забезпечення, зверніться до місцевого представника виробника.

### Опис символів

	<p>За допомогою символу CE компанія Sonova AG підтверджує, що цей виріб відповідає вимогам Регламенту ЄС про медичні вироби 2017/745. Цифри після символу CE відповідають коду сертифікованих установ, з якими були проведені консультації згідно з вищезгаданим регламентом.</p>
 Назва, адреса, дата	<p>Комбінований символ «виробник медичного виробу» й «дата виробництва», як визначено в Регламенті (ЄС) 2017/745.</p>
	<p>Позначає Уповноваженого представника в Європейському співтоваристві. Символ EC REP також позначає імпортера до Європейського Союзу.</p>
	<p>Указує на те, що пристрій є медичним виробом.</p>
	<p>Позначає номер за каталогом виробника, щоб медичний виріб можна було ідентифікувати.</p>
	<p>Указівка на наявність електронних інструкцій із застосування.</p>
	<p>Цей символ вказує на те, що користувачу важливо прочитати та взяти до уваги відповідну інформацію в цих посібниках користувача.</p>
	<p>Надає додаткові роз'яснення щодо функції чи функціональності.</p>
	<p>Вказує на обмеження функціональності або виділяє важливу інформацію, яка потребує вашої уваги.</p>
	<p>Указує на те, що сталася помилка, що вимагає виправлення, щоб продовжити.</p>



Печатка сертифікації HIMSA NOAHSEAL.

## Вимоги до системи

Операційна система	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education</li><li>• Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education</li></ul>
Процесор	Intel Core або процесор вищої продуктивності
Оперативна пам'ять	8 ГБ або більше
Місце на жорсткому диску	4 ГБ або більше
Роздільна здатність екрана	1280 x 1024 пікселів
Роздільна здатність допоміжного дисплея пацієнта	1366 x 768 пікселів
Графічний адаптер	16 мільйонів (24 біт) кольорів екрана або більше
Послідовний COM-порт	Один для HI-PRO, якщо використовується через послідовний COM-порт
USB-порти	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth адаптер</li><li>• Програмування аксесуарів</li><li>• USB HI-PRO/HI-PRO 2/iCube II/Noahlink Wireless</li></ul>
По одному для кожної цілі	
Інтерфейси програматорів	<ul style="list-style-type: none"><li>• iCube II</li><li>• NOAHlink/Noahlink Wireless</li><li>• HI-PRO/HI-PRO USB/HI-PRO 2</li></ul>
Драйвер Noahlink	Доступна остання версія
Драйвер Noahlink Wireless	Доступна остання версія
Підключення до інтернету	Настійно рекомендується
Звукова карта	Стерео
Система відтворення	20 Гц – 14 кГц
Версія NOAH	Остання версія (NOAH 4.4.2280 або новіша) Ознайомтеся з обмеженнями NOAH для операційних систем Windows на сайті <a href="http://www.himsa.com">http://www.himsa.com</a>
Автоматичне вимірювання в реальному вусі (REM)	Версія Noah 4.4.2280 або новіша Natus® Otosuite 4.81.00 або новіша Auditdata Primus Версія 4.1-5.2 Interacoustics Affinity Suite Версія 2.19-2.24 Signia Unity Версія 5.9-6.2

Товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Sonova AG здійснюється за ліцензією.



Sonova AG • Laubisrütistrasse 28 •  
CH-8712 Stäfa • Швейцарія

[hansaton.com](https://hansaton.com)

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen • Німеччина



058-5237-056  
HANSATON scout 5.6



Цей посібник користувача застосовується до HANSATON scout 5.6 та пізніших версій програмного забезпечення HANSATON scout 5.6. Попередні версії посібника користувача з програмного забезпечення можна знайти на сайті [hansaton.com/instr](https://hansaton.com/instr).

028-6725-47 V4.00/2024-04/cz © Sonova AG або її афільювані особи, 2024. All rights reserved

